



**ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ**

Серія Д

№ 001414



**СВІДОЦТВО ПРО ВИЗНАННЯ**

**затвердження типу засобів вимірювальної техніки**

№ UA-МІ/3-936-2006

Видане 24 жовтня 2006 р.


Це свідоцтво, видане ЗАТ НВП "Техномедика", Російська Федерація, засвідчує, що на підставі "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", підписаного 6 жовтня 1992 р. Держстандартом України, визнано тип засобів вимірювальної техніки "Аналізатори загального білку в сечі фотометричні портативні АОБМФ-01-«НПП-ТМ»", затверджений Федеральною агенцією з технічного регулювання та метрології Російської Федерації на підставі результатів державних випробувань.

Аналізатори загального білку в сечі фотометричні портативні АОБМФ-01-«НПП-ТМ» зареєстровані в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером 28555-05.

Аналізатори загального білку в сечі фотометричні портативні АОБМФ-01-«НПП-ТМ» під час експлуатації підлягають повірці.

Міжповірочний інтервал – не більше одного року.

*Заступник Голови*



*С.Т. Черенков*