



УКРАЇНА  
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  
І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

## СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

№ 7826/2008

Згідно з наказом Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 30 травня 2008 р. № 67-Адм

**Гемоглобінометр фотометричний портативний ГФП-01**  
**Гемоглобинометр фотометрический портативный ГФП-01**

назва медичного виробу, тип, вид, марка тощо

клас безпеки

**в Додатку до даного Свідоцтва**

номер згідно з каталогом

**9027 50 00 00**

код згідно з УКТЗЕД

внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення України і дозволено для застосування в медичній практиці.

Виробник **Закрите акціонерне товариство**  
**Науково-виробниче підприємство "Техномедика"**  
129281, м. Москва, Староватутінський проїзд, буд. 5,  
будівля 3, Російська Федерація

найменування, країна, місцезнаходження

Свідоцтво дійсне до 30 травня 2013 р.

Перший заступник  
Голови Державної служби

МП



І.Б.Демченко

DC

№ 011523

ДОДАТОК

до Свідоцтва про державну реєстрацію № 7826/2008 від 30.05.2008.

Гемоглобінометр фотометричний портативний ГФП-01 (Гемоглобинометр фотометрический портативный ГФП-01) виробництва Закрите акціонерне товариство Науково-виробниче підприємство "Техномедика" (Російська Федерація).

	Назва виробу	Назва виробу
ДГВИ.941416.012	Гемоглобинометр фотометрический портативный ГФП-01 ТУ 9443-026-11254896-2006	Гемоглобінометр фотометричний портативний ГФП-01 ТУ 9443-026-11254896-2006
	Принадлежности	Приладдя
	Кювета 10 мм оптическая стеклянная	Кювета 10мм оптична скляна
ДГВИ.203319.022	Контрольная мера КМ1 БЛАНК	Контрольна міра КМ1 БЛАНК
ДГВИ.203319.004	Контрольная мера КМ2	Контрольна міра КМ2
	Набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-7	Набор скляних мір оптичної щільності НОСМОП-7
ДГВИ.436615.004	Источник питания	Джерело живлення
	Элементы питания 1,5 В	Елементи живлення 1,5 В
	Эксплуатационная документация	Експлуатаційна документація
ДГВИ.941416.012 РЭ	Руководство по эксплуатации с методикой поверки	Керівництво з експлуатації з методикою повірки

Перший заступник  
Голови Державної служби

МП



І.Б.Демченко

