



**ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ**

Серія Д

№ 001415



СВІДОЦТВО ПРО ВИЗНАННЯ

затвердження типу засобів вимірювальної техніки

№ UA-MI/3-937-2006

Видане 24 жовтня 2006 р.


Це свідоцтво, видане ЗАТ НВП "Техномедика", Російська Федерація, засвідчує, що на підставі "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", підписаного 6 жовтня 1992 р. Держстандартом України, визнано тип засобів вимірювальної техніки "Гемоглобінометри фотометричні портативні АГФ-03/540-«Минигем»", затверджений Федеральною агенцією з технічного регулювання та метрології Російської Федерації на підставі результатів державних випробувань.

Гемоглобінометри фотометричні портативні АГФ-03/540-«Минигем» зареєстровані в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером 28953-05.

Гемоглобінометри фотометричні портативні АГФ-03/540-«Минигем» під час експлуатації підлягають повірці.

Міжповірочний інтервал – не більше одного року.

Заступник Голови



С.Т. Черенков