

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АНАЛИЗАТОРА ОБЩЕГО БЕЛКА В МОЧЕ БЕЛУР 600

Обращаем внимание покупателей, что

входящий в полный Комплект поставки анализатора Белур 600 "Набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-7" не предназначен для эксплуатации анализатора.

Он предназначен для поверки прибора.

Поверку анализаторов Белур 600 производят региональные Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ).

ЦСМ самостоятельно приобретают этот набор для обслуживания региона.

Наименование	Шифр конструкторской документации	Кол-во	Примечание
Анализатор общего белка в моче фотометрический портативный АОБМФ-01-«НПП-ТМ»	ДГВИ.941416.011	1	
<u>Принадлежности</u>			
Кювета 10 мм оптическая пластиковая			*)
Кювета 10 мм оптическая стеклянная	ГОСТ 20903	1	**)
Контрольная мера КМ1 БЛАНК	ДГВИ.203319.022	1	
Контрольная мера КМ2	ДГВИ.203319.004	1	
Набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-7	ТУ 9443-015-11254896-00	1	*),***)
Источник питания	ДГВИ.436615.004	1	*)
Элементы питания 1,5 В, типоразмер АА		3	
<u>Эксплуатационная документация</u>			
Руководство по эксплуатации с методикой поверки	ДГВИ.941416.011 РЭ	1	

*) Поставляется по дополнительному заказу.

***) Дополнительные кюветы могут быть поставлены по заказу

***) Набор должен быть поверен в установленном порядке.

Примечание. Комплект поставки может изменяться по согласованию с заказчиком.