



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВРАЧЕЙ

В комиссию по лабораторному
оборудованию Комитета по но
вой медицинской технике
МЗ СССР

125445, Москва, Смольная, 40
Тел. 455-38-11, 451-20-01

17 июня 1991 г. №
На № 2 от 26.03.91

На клинической базе кафедры Неонатологии Центрального института усовершенствования врачей завершены медицинские испытания транскутантного билирубинометра АГФ-02 "Билитест".

В процессе испытаний отмечено, что между показателями "Билитеста" и показаниями измерения уровня билирубина кровавым методом существует корреляция. Таким образом, с помощью "Билитеста" можно следить за динамикой уровня билирубина у ребенка, после определения его исходного уровня.

Аппарат прост в работе, может использоваться неподготовленным персоналом, легко обрабатывается. Небольшие размеры позволяют переносить его в кармане халата.

Аппарат "Билитест" АГФ-02 может быть использован в родильных домах, отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей, а также в отделениях интенсивной терапии и реанимации новорожденных.

Ректор ЦОЛИУВ

Зав. кафедрой
профессор

Ассистент кафедры



В.В. Гаврюшов

В.Г. Аксельрод