

Зам. директора по науке РНИЦОЗМиР  
проф. ЧУВАНОВА Т.К.



1993г.

## ПРОТОКОЛ

Медицинских испытаний анализатора гипербилирубинемии фотометрического "Билитест" типа АГФ-02.

Клинические испытания транскутанного анализатора билирубина АГФ-02 проведена в отделении новорожденных РНИЦОЗМиР Минздрава Республики Казахстан.

Под наблюдением было 70 новорожденных детей, различных групп риска, которым сделано 70 исследований с помощью данного анализатора.

В результате проведенного исследования сделан вывод, что прибор удобен в работе, портативен, исключается возможность постоянной травматизации сосудов новорожденных детей, доступен для использования в любых учреждениях практического здравоохранения.

За время проведения испытаний прибор ни разу не вышел из строя.

Таким образом, предложенный анализатор транскутанного определения билирубина может быть рекомендован для широкого внедрения в медицинскую практику.

Данные исследования имеют большую прогностическую значимость.

Зав.отделом перинатологии

З.А.Кудебекова.