

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ГЕМОГЛОБИНОМЕТРА

МиниГЕМ +.

Обращаем внимание покупателей, что входящий в дополнительный комплект поставки гемоглобинометра МиниГЕМ + "Набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-7" не предназначен для эксплуатации гемоглобинометра.

Он предназначен для проверки прибора.

Проверку гемоглобинометров МиниГЕМ + производят региональные Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ).

ЦСМ самостоятельно приобретают этот набор для обслуживания региона.

Комплект поставки прибора указан в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Шифр конструкторской документации	Кол-во	Примечание
Гемоглобинометр фотометрический портативный ГФП-01	ТУ 9443-02611254896-2006 ДГВИ.941416.012	1	
Принадлежности			
Кювета 10 мм оптическая стеклянная	ГОСТ 20903		
Контрольная мера КМ1 БЛАНК	ДГВИ.203319.022		
Контрольная мера КМ2	ДГВИ.203319.004		
Набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-7	ТУ 9443-01511254896-00		*),**)
Источник питания	ДГВИ.436615.004		*)
Элементы питания 1,5 В		3	*)
Эксплуатационная документация			
Руководство по эксплуатации с методикой поверки	ДГВИ.941416.012 РЭ	1	

*) Поставляется по дополнительному заказу.

**) Набор должен быть поверен в установленном порядке.

Примечание. Комплект поставки может изменяться по согласованию с заказчиком.