

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЮВАО ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 150

г. Москва, ул. Братиславская д.1
Тел. 658-41-59
Факс. 658-41-59

№ _____ от _____
на № _____ от _____

ОТЗЫВ

О работе прибора «БЕЛУР-600» в КДЛ ДГП № 150 при определении белка в моче и ликворе с пирогалловым красным

Прибор находился на опробации 7.02.05-31.03.05 г. . За это время было проведено более 150 исследований мочи методом с пирогалловым красным.

Прибор полностью отвечает эксплуатационным требованиям:

1. Он очень компактен и легок
2. Т.к. прибор постоянно готов к работе и не требует настроек, исследование не занимает много времени.
3. Калибраторы просты в использовании, а процесс калибровки автоматизирован.
4. Не требуется много мочи, что очень удобно при определении у детей грудного возраста.
5. Визуально сразу можно уловить ход реакции

Замечания:

1. Т.к. этим методом измеряется альбуминовая и глобулиновая фракции белков, то количественные показатели общего белка в моче стали выше.
2. В отцентрифугированной моче при определении белка происходит более интенсивное окрашивание пирогаллового красного при наличии солей.



ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

I.V. Klyuchnikova
И.В. КЛЮЧНИКОВА