



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

№ 8893/2009

Згідно з наказом МОЗ України від 05 жовтня 2009 р. № 709

**Аналізатор білірубину у новонароджених фотометричний капілярний з
вбудованим автокалібруванням і безреагентною
пробопідготовкою АБФн-04-«НПП-ТМ»**

**Анализатор билирубина у новорожденных фотометрический
капиллярный со встроенной автокалибровкой и безреагентной
пробоподготовкой АБФн-04-«НПП-ТМ»**

назва медичного виробу, тип, вид, марка тощо

-

клас безпеки

в Додатку до даного Свідоцтва

номер згідно з каталогом

9027 50 00 00

код згідно з УКТЗЕД

внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення України і дозволено для застосування в медичній практиці.

Виробник

**Закрите акціонерне товариство
Науково-виробниче підприємство "Техномедика"
129281, м. Москва, Староватутінський проїзд, буд. 5,
будівля 3, Російська Федерація**

найменування, країна, місцезнаходження

Свідоцтво дійсне до 05 жовтня 2014 р.

Директор Департаменту
регуляторної політики у сфері
обігу лікарських засобів та
продукції у системі охорони
здоров'я МОЗ України

МП



Ю.Б.Константинов



СР

№ 001366

ДОДАТОК

до Свідоцтва про державну реєстрацію № 8893/2009 від 05.10.2009

Аналізатор білірубину у новонароджених фотометричний капілярний з вбудованим автокалібруванням і безреагентною пробопідготовкою АБФн-04-«НПП-ТМ»
(Анализатор билирубина у новорожденных фотометрический капиллярный со встроенной автокалибровкой и безреагентной пробоподготовкой АБФн-04-«НПП-ТМ»)
виробництва Закрите акціонерне товариство Науково-виробниче підприємство
"Техномедика" (Російська Федерація).

Назва виробу	Назва виробу
1.Анализатор билирубина у новорожденных фотометрический капиллярный со встроенной автокалибровкой и безреагентной пробоподготовкой АБФн-04-«НПП-ТМ»	1.Аналізатор білірубину у немовлят фотометричний капілярний з вбудованою автокалібровкою та безреагентною пробопідготовкою АБФн-04-«НПП-ТМ»
2.Источник питания	2.Джерело живлення
Принадлежности	Приладдя
3.Устройство электронно-механическое настольное для получения плазмы крови УППК-01-«НПП-ТМ»	3.Пристрій електронно-механічний настільний для отримання плазми крові УППК-01-«НПП-ТМ»
4.Гильзы для установки капилляров в гематокритную центрифугу	4.Гільзи для встановлення капілярів в гематокритну центрифугу
5.Герметик	5.Герметик
6.Устройство печатающее к анализаторам с оптическим каналом связи для передачи информации УП-02-«НПП-ТМ»	6.Пристрій, що друкує, до аналізаторів з оптичним каналом зв'язку для передачі інформації УП-02-«НПП-ТМ»
7.Микрокапилляры стеклянные гепаринизированные, нестерильные. Внутренний диаметр 0,9 мм, длина 45мм	7.Мікрокапіляри скляні гепаринізовані, нестерильні. Внутрішній діаметр 0,9 мм, довжина 45 мм
8.Адаптер для ПК	8.Адаптер для ПК
9.Набор стеклянных мер оптической плотности НОСМОП-9	9.Набір скляних мір оптичної щільності НОСМОП-9
Эксплуатационная документация	Експлуатаційна документація
10.Руководство по эксплуатации с методикой поверки	10.Керівництво з експлуатації з методикою повірки

Директор Департаменту
регуляторної політики у сфері обігу
лікарських засобів та продукції
у системі охорони здоров'я
МОЗ України

МП



Ю.Б.Константинов

DC



№ 008121