



ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

197089 Санкт-Петербург
ул. Л.Толстого, 6/8

тел./факс: 109-61-06
233-97-26

e-mail: evl@spmu.rssi.ru

НПП “ТЕХНОМЕДИКА”

ОТЗЫВ

на работу портативного фотометрического анализатора белка в моче “БЕЛУР 600”

“БЕЛУР 600” является портативным фотометрическим анализатором содержания белка в моче. Данное средство измерения соответствует заявленным техническим характеристикам и может применяться для работы в лабораториях медицинских учреждений различного уровня.

Высокие эргономические свойства анализатора (малые габариты и автономность питания) позволяют использовать “БЕЛУР 600” не только в условиях стационара, но и при выездной работе (профосмотры, диспансеризация и т.д.).

“БЕЛУР 600” представляет собой анализатор, который достаточно легко осваивается средним медицинским персоналом различного уровня подготовки и опыта работы.

Несомненное достоинство анализатора состоит в том, что “БЕЛУР 600” представляет собой открытую систему, работающую с использованием калибраторов различных концентраций и реагентов разных производителей. Алгоритм действий пользователя в конкретных ситуациях изложен в “Руководстве по эксплуатации”.

Важным преимуществом анализатора является быстрота проведения анализа определения белка в моче различными методами (сульфосалициловым, пирогаллововым) и получение результатов, соответствующих требованиям точностных характеристик метода, что подтверждается использованием анализатора в рабочем режиме в КДЛ стационара Ленинградской областной клинической больницы (1000 коек) и в Центре лабораторной диагностики Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета им. акад. И.П. Павлова (1500 коек).

Главный специалист по клинической
лабораторной диагностике Ленинградской области

Зав. лаборатории контроля качества и методического развития
лабораторных исследований СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
03.10.05 г.

Воронина Е.В.

Бондаренко И.Б.